

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”

36 *RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2023, de la Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de “Suministro de material fungible de radiología vascular: catéteres, introductores, guías”. Modificación 2023-9-8 (P. A. 2022-0-16).*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “La Paz”.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa.
 - c) Número de expediente: Modificación 2023-9-8 (P. A. 2022-0-16).
 - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”. Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo de contrato: Suministros.
 - b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible de radiología vascular: catéteres, introductores, guías.
 - c) Lotes: Sí. Número lotes: 21.

LOTE	DESCRIPCIÓN
2	ALARGADERA P/CATETER ALTA PRESION 100 CM. FLEXIBLE, TRANSLUCIDO, C/MALLA METALICA. PARA PRESIONES ENTRE 1000 Y 2000 PSI
9	PARTICULAS PARA EMBOLIZACION PERMANENTE, DE MATERIAL PLASTICO DE FORMA ESFERICA INALTERABLE, P/TRATAMIENTO DE TUMORES, HEMORRAGIAS Y MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS, CON PRESENTACION EN VIALES. DE ENTRE 150 Y 1200 MICRAS
10	MICROGUIA HIDROFILICA DE NITINOL VARIOS CALIBRES (0,011", 0,012", 0,016") CON CURVA PREFORMADA, 180 CM DE LONGITUD Y MARCADOR DISTAL
11	CATÉTERES TERAPÉUTICOS DE ANGIOPLASTIA CONVENCIONAL NO COMPLIANTES SOBRE GUÍA, CON BALÓN DE BAJO PERFIL (0,040" O 1,01 MM) COMPATIBLE CON GUÍA DE 0,035", PUNTA CÓNICA Y CUERPO DE LUMEN DOBLE ACABADO EN Y CON CONECTORES LUER. CON DOS MARCADORES RADIOPAcos Y REVESTIMIENTO LUBRICO DESDE LA PUNTA. LAS LONGITUDES DE TRABAJO DEL CATÉTER BALÓN DE HASTA 135 CM. EL BALÓN QUE ALCANCE 24 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN. COMPATIBLE CON INTRODUCTORES DE 5,6 Ó 7FR. DIÁMETROS DE BALÓN DE ENTRE 3-12MM, Y LONGITUDES DE 20, 40, 60, 80 Y 100 MM
13	INTRODUCTOR PELABLE RECTO DE 12 A 22 FR.
15	INTRODUCTOR GUIA CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO. DEBE POSEER UNA PUNTA ATRAUMATICA, ASI COMO UN MALLADO INTERIOR QUE PREVENGA EL ACODAMIENTO, SIN PERJUICIO DE QUE OFREZCA UNA ALTA FLEXIBILIDAD. DEBE OFRECERSE EN DISTINTOS DIAMETROS INTERNOS QUE ABARQUEN, COMO MINIMO, DESDE 5 A 10FR, CON INCREMENTOS DE 1 FR. DEBE OFRECERSE CON POSIBILIDAD DE EXTREMO DISTAL RECTO, CURVA MULTIPROPOSITO Y CURVA RENAL AL MENOS. DEBE OFRECERSE EN DISTINTAS LONGITUDES QUE ABARQUEN DESDE 45 A 90CM AL MENOS. DEBE VENIR ACOMPAÑADO DE UN DILATADOR, QUE DEBE SER RADIOPACO EN TODA SU LONGITUD Y QUE DEBE OFRECER TRANSICIÓN Y PERFIL ÓPTIMOS CON EL INTRODUCTOR GUÍA. DEBE VENIR ACOMPAÑADO DE UNA VÁLVULA HEMOSTÁTICA CON ALARGADERA "EN Y".
16	CATÉTERES TERAPÉUTICOS DE ANGIOPLASTIA CONVENCIONAL SEMICOMPLIANTES COMPATIBLE CON GUÍA DE 0,018", PARA PEQUEÑOS VASOS, CON BALÓN DE PRESIÓN QUE RESISTA AL MENOS 14 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN. PUNTA CÓNICA CORTADA CON LÁSER Y PERFIL DE CRUCE DE 0,020" CON DOS MARCAS RADIOPACAS. PARA INTRODUCTOR DE 4FR. BALÓN DE PEBAX CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. DIÁMETROS DE HASTA 8 MM. LONGITUDES DEL CATÉTER DE TRABAJO DE 80, 135 Y 150 CM.
18	DISPOSITIVO TERAPEUTICO PARA EXTRACCION DE CUERPOSEXTRAÑOS CONSTITUIDO POR: UN CABLE DE NITINOL Y UN LAZO DE TUNGSTENO EN EL EXTREMO DISTAL QUE FORME UN ANGULO DE 90º CON EL CABLE.DEBE PRESENTAR UN MARCADOR DE IRIDIO-PLATINO. LOS DIAMETROS DEL LAZO DEBEN OFRECERSEN 5, 10, 15, 20, 30.
19	GUÍA DE CON ALMA DE NITINOL Y ESPIRAL DE TUNGSTENO BAÑADA EN ORO, CON TORQUE 1:1 Y RECUBRIMIENTO DE SILICONA. DIÁMETROS DE 0,014"; 0,018" Y 0,035"AL MENOS. LONGITUDES DESDE 80 CM A 260 CM AL MENOS. LA GUÍA DEBE OFRECERSE CON RIGIDECEs ESTÁNDAR Y RÍGIDA. LA PUNTA DEBE SER ATRAUMÁTICA Y OFRECERSE CON RIGIDECEs ESTÁNDAR, INTERMEDIA Y FLEXIBLE, CON LONGITUDES DE 2 A 20CM AL MENOS, ASÍ COMO CON FORMAS RECTA Y ANGULADA EN 15 Y 45 GRADOS AL MENOS.
22	GUÍA TIPO AMPLATZ, SUPERRÍGIDA Y TEFLONADA. DE .035 Y .038-DE 75 Y 150 CM. LONGITUD. CON EXTREMO FLEXIBLE ATRAUMATICO Y PUNTA RECTA O EN "J".
24	GUIAS TEFLONADAS FLEXIBLES DE ACERO. DE .035 Y .038. DE 150--250 CM. LONGITUD. CON PUNTA RECTA O EN "J".

LOTE	DESCRIPCIÓN
25	GUÍA HIDROFÍLICA CON ALMA DE ACERO Y NITINOL CONSTRUÍDA EN UNA SOLA PIEZA CON PUNTA CONIFCADA Y CON SUPERFICIE ULTRALISA, QUE OFREZCA ASÍ NAVEGABILIDAD CON UN CONTROL DE TORQUE 1:1 Y SEGURIDAD REDUCIENDO LAS POSIBILIDADES DE ROTURA, DE TROMBOGÉNESIS Y DE TRAUMATISMO DISTAL. DEBE POSEER UN RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO EN TODA SU LONGITUD QUE CONFIERA UN DESLIZAMIENTO ADECUADO Y DEBE POSEER UN BAÑO DE TUNGSTENO QUE LE CONFIERA RADIOPAVIDAD BASTANTE. DEBE OFRECERSE CON UN CALIBRE DE 0,020" A 0,038" AL MENOS, LONGITUD MAYOR DE 150CM Y DE HASTA 260CM AL MENOS. DEBE OFRECERSE CON PUNTAS RECTA, CURVA Y "EN J" AL MENOS.
27	CATÉTERES DE DIAGNÓSTICO VASCULAR, SELECTIVOS Y NO SELECTIVOS CON TODO TIPO DE CURVAS, QUE SOPORTEN ALTO FLUJO Y RESISTENTES A ELEVADAS PRESIONES (1200 PSI). MALLADOS EN EL CUERPO DEL CATÉTER PARA APORTAR RIGIDEZ Y FLEXIBILIDAD CON EXCEPCIÓN DE LA PUNTA QUE NO ES MALLADA PARA RESULTAR FLEXIBLE Y ATRAUMÁTICA. DE NYLON PARA APORTAR RIGIDEZ. PUNTA RADIOPACA PARA MEJOR VISUALIZACIÓN Y FLEXIBLE. LUZ INTERNA PARA GUÍAS DE 0.035" Y 0.038". MÁXIMO TORQUE QUE APORTA CONTROL PRECISO. COMPATIBLES CON DIVERSOS MICROCATÉTERES. DIFERENTES DIÁMETROS (4, 5 Y 6F) Y LONGITUDES (65, 80, 90, 100, 110 Y 125 CM) PARA UNA MISMA CURVA.
29	CATETER P/DRENAJE LARGA DURACION 8 FR. 20 CM. LONG. DE POLIU--RETANO FLEXIBLE, PUNTA DE POLIETILENO ANTIACODAMIENTO, RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DISTAL, AGUJEROS DE DRENAJE GRANDES Y AGUJA TIPO TROCAR C/SISTEMA LUER Y DE ANCLAJE "CHOICE LOCK". ESTERIL
30	CIERRE PERCUTANEO Y ESPONJA DE COLAGENO, DE 6, 7 Y 8 F.
32	CATETER GUIA RECUPERADOR DE FILTRO DE VENA CAVA RECUPERABLE, COMPATIBLE CON FILTRO OPTILOCK O SIMILAR-DE 10 FR. DIÁMETRO INTERNO 0.110. 80 CMS. LONGITUD.
33	PARTÍCULAS ESFÉRICAS QUE SE CARGAN CON DOXORRUBICINA. ESTÁN INDICADAS EN LA EMBOLIZACIÓN VASCULAR PARA FINES TERAPÉUTICOS O PREOPERATORIOS EN LA EMBOLIZACIÓN HEPÁTICA DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR O DE METÁSTASIS HEPÁTICAS. DE MATERIAL HIDROFÍLICO QUE ASEGURA SU COMPRESIBILIDAD, ELASTICIDAD Y ADECUADA INFUSIÓN A TRAVÉS DE MICROCATÉTER. VARIAS MEDIDAS, PERFECTAMENTE CALIBRADAS CON TAMAÑOS INFERIORES A 100 MICRAS. CAPACIDAD PARA UTILIZARSE EN EL MISMO DÍA EN QUE SE REALIZA LA CARGA CON CUALQUIER PRESENTACIÓN TANTO DEL FÁRMACO COMO DE LAS ESFERAS. PERMANECEN ESTABLES DE 10 A 15 DÍAS SI SE CONSERVAN ENTRE 2 Y 8 °C Y NO SE HAN MEZCLADO CON AGENTE DE CONTRASTE; Y 7 DÍAS SI YA SE HAN MEZCLADO.
35	ELECTRODO DE TERMOABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA CON AGUJA RECTA, REFRIGERACIÓN INTERNA POR SUERO FRÍO. GROSOR DE 17 G Y LONGITUDES ENTRE 10 Y 25 CM Y PUNTAS ACTIVAS ENTRE 0,7 Y 4 CM. DISPONIBLE EN ENVASE INDIVIDUAL O DE DOS Y TRES AGUJAS. GENERADOR DE ABLACIÓN POR RADIO FRECUENCIA CON POTENCIA DE SALIDA HASTA 200 VATIOS Y CONTROL DE IMPEDANCIA HASTA 9990MNOS. MODOS DE ABLACIÓN ESTÁNDAR, MANUAL Y AUTOMÁTICO. CON SISTEMA DE RETORNO DE CORRIENTE INTELIGENTE CON PREDICCIÓN DE TEMPERATURA MEDIANTE PARCHE INDIVIDUAL DE ELECTRODO DIVIDIDO. CON SISTEMA DE CONTROL DE LA ABLACIÓN EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA EN ZONAS ADYACENTES MEDIANTE CÁNULA CON SENSOR REMOTO CON CONTROL CONTINUO
36	ANTENA DE TERMOABLACIÓN MEDIANTE MICROONDAS DE USO PERCUTÁNEO, CONSTRUÍDA EN FIBRA DE VIDRIO CON SISTEMA DE IRRIGACIÓN INTERNA MEDIANTE SUERO EN TODA SU LONGITUD. TECNOLOGÍA THERMOSPHERE MEDIANTE CONTROL DE CAMPO, TÉRMICO Y DE LONGITUD DE ONDA PARA REALIZAR ABLACIONES PRECISAS DE MORFOLOGÍA ESFÉRICA. TAMAÑO DE ABLACIÓN DEFINIDOS ESPECÍFICAMENTE PARA CADA TIPO DE ÓRGANO (HÍGADO, RIÑÓN Y PULMÓN) TANTO EX-VIVO COMO IN-VIVO.
39	CATETER DE EXTRACCIÓN DE TROMBOS POR SISTEMA DE LISIS MECANICA O FARMACOMECHANICA Y ASPIRACION
40	SISTEMA DE CIERRE VASCULAR DE POLIETILEN GLICOL, TAPON EXTRAVASCULAR, DE 5,6 Y 7F, LONGITUD MAXIMA 15,5 CM, BALON SEMICOMPLILANTE 6MM

- d) CPV: 33141000-0.
- e) Acuerdo marco (si procede): No.
- f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
- g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
- “Diario Oficial de la Unión Europea”: 9 de septiembre de 2020.
 - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 16 de septiembre de 2020.
 - “Perfil del contratante: 9 de septiembre de 2020.
- h) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
- a) Tramitación: Ordinaria.
- b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.971.484,35 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
- Importe neto: 151.142,20 euros.
 - IVA (10 por 100): 15.114,22 euros.
 - Importe total: 1.067.690,75 euros.
 - Importe neto: 744.987,05 euros.
 - IVA (21 por 100): 156.447,28 euros.
 - Importe total: 1.067.690,75 euros.
6. Formalización de la modificación del contrato:
- a) Fecha de adjudicación: 5 de junio de 2023.
- b) Fecha de formalización del contrato: 20 de junio de 2023.
- c) Contratista: Boston Scientific Ibérica, S. A., lotes números: 6, 11, 22, 24 y 39.

- d) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 30.320,00 euros.
 - IVA: 6.367,20 euros.
 - Importe total: 36.687,20 euros.
- e) Contratista: Cordis Medical Spain, S. L. U., lotes números: 27 y 40.
- f) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 25.400,00 euros.
 - IVA: 3.695,00 euros.
 - Importe total: 29.095,00 euros.
- g) Contratista: Cook España, S. L., lotes número: 13 y 38.
- h) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 1.620,00 euros.
 - IVA: 340,20 euros.
 - Importe total: 1.960,20 euros.
- i) Contratista: Grifols Movaco, S. A., lote número: 2.
- j) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 2.480,00 euros.
 - IVA: 520,80 euros.
 - Importe total: 3.000,80 euros.
- k) Contratista: Medicina Analítica Consumibles Mac, S. A., lote número: 29.
- l) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 3.675,00 euros.
 - IVA: 771,75 euros.
 - Importe total: 4.446,75 euros.
- m) Contratista: Medtronic Ibérica, S. A., lotes número: 19, 35 y 36.
- n) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 11.084,00 euros.
 - IVA: 2.327,64 euros.
 - Importe total: 13.411,64 euros.
- o) Contratista: Merit Medical Spain, S. L. U., lotes número: 9, 18 y 33.
- p) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 20.952,00 euros.
 - IVA: 2.507,70 euros.
 - Importe total: 23.459,70 euros.
- q) Contratista: Terumo Europe España, S. L., lotes número: 10, 15, 25 y 26.
- r) Importe de adjudicación:
 - Importe neto: 25.979,25 euros.
 - IVA: 3.955,69 euros.
 - Importe total: 29.934,94 euros.

Madrid, a 10 de julio de 2023.—El Director-Gerente, Rafael Pérez-Santamarina Feijóo.

(03/12.677/23)

